

Reinigungshinweise

Da Influenza und Epidemien weltweit immer häufiger auftreten, wird die Forderung nach der Verhinderung nosokomialer Infektionen immer wichtiger. Insbesondere die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten sind die grundlegendsten Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen. Wir stellen diesen Leitfaden zur Verfügung, um die Sicherheit unserer Kunden, Patienten und Kliniker zu gewährleisten und Infektionen einzudämmen.

Fetal



ECOtwin LED / ECOtwin LCD / ECOSound / SMART 1 / SMART 3



EKG



CARDIO M / CARDIO M-PLUS / PHYSIO PORT
CARDIO M-HOLTER LZ EKG / CARDIO E3
CARDIO M-PC / CARDIO M-PAD 7 & 10



Monitoring



PROview 10L / PROview 10 / PROview 12 / M10 / M20 / M20|EKG



BDM



Excellus / Primus / inus|D / inus|S



! Empfohlene Reiniger & Desinfektionsmittel für medizinische ECONET-Geräte

Reinigung und Desinfektion sollten mit geeigneten Methoden und Mitteln durchgeführt werden. Wenn medizinische Geräte nicht zugelassenen Mitteln ausgesetzt werden, könnten Infektionen oder Schäden an den Komponenten der Geräte auftreten.

Um die Möglichkeit von Geräteschäden und die Ausbreitung von Krankheitserregern zu verringern, empfehlen wir gebrauchsfertige und alkoholfreie Tücher. Diese können zur Desinfektion der Oberflächen von alkohol-empfindlichen medizinischen Geräten einfach und effizient verwendet werden. Flüssige Produkte, die als Konzentrat geliefert werden, sollten entsprechend der vorgesehenen Verwendung richtig angepasst werden. Einige Produkte können mit Tüchern oder Wischtüchern verwendet werden.